

Brand i isotoplaboratorium (åbne kilder)

Brand i isotoplaboratorium (åbne kilder)

- Radioaktive stoffer i form af faste stoffer, væsker eller gas i **ikke-livstruende mængder**.
- Håndtering af uindkapslede radioaktive stoffer på laboratorier på sygehuse (diagnostik og behandling af sygdomme), samt på forskningslaboratorier på universiteter og industrivirksomheder.
- Primær risiko: **udslip i/forurening af** laboratoriet med radioaktive stoffer.

Indsatstaktik

- Normal indsatsbeklædning med fuld åndedrætsbeskyttelse.
- Red mennesker og dyr. Ved personskade udfør normal førstehjælp.
- Fjern særlige farer.
- Sluk brand.
- Stands udbredelse af udslip.
- Kontakt Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS døgnvagt, 44 94 37 73) for:
 - tilrettelæggelse af videre indsats.
 - kontrolmåling af personer, genstande, materiel.
 - evt. specialundersøgelser og -behandling.

Afmærkning

- Adgangsdøre og opbevaringssteder mærket med advarselsskilt for radioaktivt materiale.



- Reagensglas, kolber, forsøgsopstillinger m.m. kan være mærket med strålingsymbol.

